

2023-2024 学年第一学期林草学院、水土保持学院实验室安全检查报告（第 4 周）


2023 年 9 月 28 日，根据学校实验室与基地管理处要求，林草学院、水土保持学院实验室安全检查工作组对我院林学楼、教九楼、生物技术大楼及北大山实验室进行了安全检查。针对检查中发现的问题已现场指导并提出整改建议。具体检查结果通报如下：

（一）林学楼

1、1113 土壤实验室：一组钢瓶未固定，一组钢瓶未挂使用状态卡，高温炉无高温警示标识。



2、1404 林木化保实验室：高氯酸溶液用后未及时放入危化品柜保存。




3、1408 昆虫学生理实验室：缺少灭火器标识；实验室内堆积大量待报废仪器。



（二）教九楼

1、9C304 水土保持实验室：高压灭菌锅使用未及时登记。门口堆放杂物。



2、教九楼 4 楼走廊东侧堆积杂物与实验土样（森林培育实验室）。



3、教九楼 5 楼、6 楼走廊东侧及楼梯口堆积杂物，堵塞消防通道（南方协同创新中心实验室）。




4、9C604 分子实验室：危化品药品柜未双锁管理。


5、9C608 组织培养室：高压灭菌锅无两证。

（三）生技楼

1、60409 真菌毒素实验室：有饮食现象。



2、60413 森林病理生理学实验室：实验区与自习区混合



3、60437 分子实验室：生活垃圾与实验垃圾混放且未用黑/黄垃圾袋区分



4、60504 植物分子生物实验室：卫生差



5、60507 生物信息学实验室：生活垃圾与实验垃圾混放




6、60518 细胞遗传学准备室：门后堆放杂物只能半开，堵塞消防通道。





7、60520 蛋白质组学实验室：实验区有饮食现象



8、60523 分子遗传学实验室：危废垃圾与普通垃圾混放



9、60538 本科教学实验室：危废垃圾与普通垃圾混放



10、60539 实验室：药品柜未严格双锁，有无标识试剂长期未清理



11、60634 抗病组培室及准备室：危废垃圾与普通垃圾混放



12、6 楼东侧走廊：有废弃花盆杂物堆积



13、60705 实验室：生活垃圾使用黄色垃圾桶，灭菌锅为非持证人员登记。



表扬：9C508 经济林植物生理生化实验室：实验危废垃圾分类规范



本次检查对实验室的环境卫生、危化品管理、高温高压设备使用管理、危废分类处理及水电安全、消防等问题进行了全面检查，检查过程中发现多个实验室已针对前期安全检查报告中提出的问题进行了整改，但仍有部分实验室并未整改到位，对于以上安全隐患，希望各实验室负责人高度重视，切实消除实验室安全隐患，确保实验室的安全运行。

林草学院、水土保持学院实验室安全检查工作小组

2023 年 9 月 28 日