

# 2023-2024 学年上学期林草学院危化品专项 安全检查报告

(2023年11月2日)

2023年11月2日上午,根据学校实验室与基地管理处相关要求,陈金慧副院长、吕志英老师带领林学院实验室安全检查工作小组对我院林学楼、生物技术大楼和教九楼的实验室进行了危化品管理和使用的专项安全检查,针对检查中发现的问题进行现场指导并提出整改建议。具体检查结果通报如下:

## (一) 生物技术大楼:

1. 60408 昆虫分子毒理实验室 (赵吕权): 账实不符
2. 60427(60429)分子病理实验室 (樊奔): 氯酸钾未入柜。
3. 60518 细胞遗传学实验室 (徐进): 记录不完整。
4. 60532 分子和细胞遗传学研究室 (倪州献): 记录不全。

## (二) 林学楼

1. 1401 林木化保实验室 (汤方): 账实不相符, 存放不规范。
2. 1223 森林微生物实验室 (孙辉): 管制类危化品未双锁。

针对以上问题已对实验室人员提出整改要求,并将在下次实验室检查中进行闭环检查。

林草学院、水土保持学院实验室安全检查小组

(陈金慧、谭鹏鹏、史锋厚、张书强、毛胜凤;  
吕志英、吴青霞、林司曦、刘育秀)

2023.11.2